

生命科學院 97 學年度第 1 學期第 1 次環安衛訪問團訪視 訪視結果與建議報告

國立台灣大學生命科學院 97 學年度第 1 學期第 1 次院內環安衛檢視

壹、時間：

11 月 26 日（星期三）13:30~15:00

貳、檢視人員：

本院環安衛小組：

李執行秘書士傑（動物學研究所）

鄭委員貽生（生命科學系）（何思勳先生代）

張委員世宗（生化科技學系；微生物與生化學研究所）

鄭委員秋萍（植物科學研究所）

周委員宏農（漁業科學研究所）（廖文亮老師代）

張委員茂山（生化科學研究所）

周委員子賓（分子與細胞生物學研究所）

胡委員哲明（生態與演化生物學研究所）

黎技士錦超（生命科學院院辦公室）

梁若寒小姐（環安衛中心隨行指導人員）

陳吳銓先生（生物安全實驗室安全專家）（環安衛中心邀請）

吳清華先生（輻射實驗室安全專家）（環安衛中心邀請）

參、抽查單位：

時間：97 年 11 月 26 日（星期三）13:30~15:00

第一小組成員：何思勳先生、鄭委員秋萍、胡委員哲明

訪視單位：

單位一：思亮館三、四及五樓普動、普植及生化實驗室。（四樓抽查二間）

結果：401 個體動物學實驗室

單位二：漁科館教師實驗室。(抽查一間)

結果：307 蔡懷楨老師實驗室

單位三：生化館教師實驗室。(抽查二間)

結果：N502 果伽蘭老師及 N203 邱式鴻老師實驗室

第二小組成員：李委員士傑、張委員茂山、周委員子賓

訪視單位：

單位四：農化一、二館及農藝館教師實驗室。(抽查二間)

結果：電顯館 102 室楊啟伸老師及農藝館 109 楊盛行老師實驗室。

單位五：農化二館學生實驗室。(抽查一間)

結果：110 學生實驗室

第三小組成員：張委員世宗、廖文亮老師、陳吳銓先生

訪視單位：

單位六：生命科學館教師實驗室。(抽查三間)

結果：1010 室王致恬老師、905 室張英峯老師及 1103 室丁照棟老師實驗室。

單位七：科技共同空間、遺傳實驗室、細胞生物實驗室、生態實驗室及其他學生實驗室等。(抽查一間)

結果：134 室細胞生物實驗室及科技共同空間

另本院黎錦超技士與校環安衛中心梁若寒小姐陪同吳清華先生訪視本院輻射實驗室。(共五間)。

肆、訪視團檢查項目：

檢視各被抽出單位的環安衛相關事宜，包括自檢表是否有填寫及保存，插座及延長線，吊櫃，化學通風廚的使用及 MSDS，護目鏡，走道與出入口，化學物及廢液，緊急照明及沖淋設備，滅火器、毯及防煙面罩等配備是否合格。

伍、訪視結果：

茲將訪查後各場所的缺失記錄如下，請各場所負責人盡快修正：

生化所 203 室 (邱式鴻老師): 無自檢表、吊櫃可能超出負荷、室內走道堆積雜物、部份化學藥品置於冰箱頂上 (化學藥品應置於藥櫃中)、無防煙面罩 (應該購置)。

生化所 502 室 (果伽蘭老師): 走道雜物太多 (冰櫃過多)、廢液桶無托盤 (廢液桶下應置托盤)、無防煙面罩 (將統一購置)。

漁科館 304 室 (蔡懷楨老師): 自檢表置於所辦 (自檢表應置於實驗室並定位)、部份儀器置於走廊中、廢液桶無托盤 (廢液桶下應置托盤)、部份廢液桶標示不明 (廢液桶應標示清楚)、緊急照明故障、滅火器放置位置錯誤 (滅火器應置於顯眼及易取處)。

明亮館 401 室 (個體動物學實驗室): 待處理之廢物堆積走道、100%福馬林置於走道旁 (化學藥物應置於藥櫃中或管制區)、門外有無主及不明化學藥品、無滅火毯及防煙面罩。

電顯館 102 室 (楊啟伸老師): 無自檢表 (應填妥置於固定位置)、走道有雜物堆積、廢液桶標示無標示 (廢液桶應標示清楚)、滅火器過期 (應更換)、無滅火毯及防煙面罩。

園藝館 109 室 (楊盛行老師): 自檢表送所辦 (應填妥置於實驗室固定位置)、滅火器過期 (應更換)。

生科館 1103 室 (丁照棟老師): 門口沒有緊急聯絡人表 (門口應貼上適當標示)、廢液桶無托盤 (廢液桶下應置托盤)、無滅火毯。

生科館 1010 室 (王致恬老師): 門口沒有緊急聯絡人表 (門口應貼上適當標示)、廢液桶無托盤 (廢液桶下應置托盤)、緊急照明不正常 (應送修)。

生科館 905 室 (張英峯老師): 廢液桶無托盤 (廢液桶下應置托盤)、無滅火毯。

生科館 304 室 (科技共同空間): 廢液桶無托盤 (廢液桶下應置托盤)、緊急照明不正常 (應送修)、無滅火毯。

生科館 134 室 (細胞生物實驗室): 門口沒有緊急聯絡人表 (門口應貼上適當標示)、無自檢表、無護目鏡。